

Sprawa nr DZP-271-41/19

Załącznik nr 3

Pakiet 3 Załącznik 1 - Aparat - system molekularny - specyfikacja

PARAMETR	WARUNEK	CZY SPEŁNIA TAK/NIE	UWAGI
System złożony z aparatu do systemu molekularnego - metoda LAMP - amplifikacji kwasów nukleinowych wraz z oprogramowaniem	tak		
Amplifikacja kwasów nukleinowych w warunkach izotermalnych 63°C w Real Time (wyniki w czasie rzeczywistym)	tak		
BRAK EKSTRAKCJI DNA	tak		
Możliwość wykonania testów bezpośrednio z próbki klinicznej	tak		
Termoblok, miniwirówka	tak		
Rok produkcji nie starszy niż 2018	tak		
Serwis wraz z częściami zamiennymi i zużywalnymi	tak		

.....
Podpis wykonawcy

Lp.	Dzierżawa aparatu	Cena miesięczna dzierżawy netto	Wartość dzierżawy za 12 m -cy netto	Podatek VAT	Kwota podatku	Wartość dzierżawy za 12 miesięcy brutto	Producent
1.	Aparat - system molekularny						

.....
Podpis wykonawcy

Załącznik nr 2 – Testy - Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wymagania oraz metodykę wykonania testów.

Lp.	Nazwa testu	Ilość na 12 miesięcy	Cena netto	Podatek VAT	Kwota podatku	Cena brutto	Numer katalogowy	Producent
1.	Molekularny test do wykrywania <i>Neisseria meningitidis</i> i <i>Streptococcus pneumoniae</i> z PMR,	75 oznaczeń						
2.	Molekularny test do wykrywania toksynotwórczych szczepów <i>Clostridium difficile</i> w próbkach kału	210 oznaczeń						
3.	Molekularny test do wykrywania wirusa grypy A i B z dróg oddechowych	175 oznaczeń						
4.	Molekularny test do wykrywania <i>Chlamydia trachomatis</i> i <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	75 oznaczeń						
5.	Molekularny test do wykrywania <i>Mycoplasma pneumoniae</i> z dróg oddechowych	150 oznaczeń						
6.	Oferent musi rozbudować tabelę o wymazówki i inne akcesoria niezbędne do wykonania ww. ilości testów							

.....
Podpis wykonawcy