



www.pszs.eu

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

Nowy Targ 31.01.2019 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

Nasz znak: DL-271-2/19

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 - w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cewników do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 3 pozycji 1 i utworzenie dla tej pozycji niezależnego pakietu.

ODP. Zamawiający nie wydziela.

Dot. Pakiet 1: ZESTAW CEWNIKÓW DO ULTRASONOGRAFII WENĄTRZWIĘNCOWEJ ORAZ POMIARU CZĄSTKOWEJ REZERWY PRZEPIYU WIĘNCOWEGO

2. Poz. 1. Cewnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego 200 szt.

Czy Zamawiający dopuści przewodniki FFR o poniższych właściwościach:

- Przewodnik do pomiaru FFR łączący się przewodowo z systemem
- Współpraca ze sterylnymi przewodnikami pomiarowymi jednorazowego użytku
- PTFE na części sztywnej
- Powłoka hydrofilna na części elastycznej
- Końcówka proksymalna wstępnie osadzona w konektorze do aparatu (możliwość demontażu i zastosowania przewodnika pomiarowego jako przewodnika angioplastycznego 0,014")
- Końcówka dystalna platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG do manualnego kształtowania
- Długość przewodnika min. 175cm.
- Przewodnik przystosowany do pomiaru FFR, oraz pomiaru gradientu przezwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii



www.pszs.eu

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

- Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie przewodnika angioplastycznego

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Poz. 2. Cewnik do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej – 120 szt.

Czy Zamawiający dopuści Sondy mechaniczne i elektroniczne o poniższych właściwościach:

Sondy IVUS:

- Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa elektroniczna (IVUS) o rozdzielczości 20 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz przewodnika o max. średnicy 0,014 cala.
- Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa mechaniczna (IVUS) o rozdzielczości 45 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 135 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 6F (śr. wewnętrzna 0,64 cala) oraz przewodnika o max. średnicy 0,014 cala.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2 i 3 prosimy o dopuszczenie:

4. Czy Zamawiający dopuści użyczenie lub dzierżawy urządzenia do pomiaru rezerwy wieńcowej i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej na czas trwania umowy?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o dopuszczenie 21 dniowego terminu dostawy i instalacji w/w urządzenia.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



www.pszs.eu

**PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Jana Pawła II**

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

Dopuszczenie powyższego rozwiązania będzie korzystne dla potencjalnych, przyszłych Użytkowników ze względu na innowacyjne rozwiązania i da możliwość rzetelnej konkurencji cenowej.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.
a/a

DYREKTOR
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Podpis..... *Marek Wierzba*
Dyrektor PszS im. J. Pawła II
Nowy Targ
Marek Wierzba

