



www.pszs.eu

## PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

Nowy Targ 11.03.2019 rok

### WSZYSCY WYKONAWCY

Nasz znak: DL-271-33/18

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 - w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawu do badań endoskopowych.**

### TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

1. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ - **Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych granicznych**

Pkt. 86 i 89

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie źródła światła ksenon o mocy 300W z zabezpieczeniem przed przerwą w pracy zapasowym oświetleniem typu halogen 35W?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ - **Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych granicznych**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał w pkt. 22 oraz 45 dostarczenia do każdego z oferowanych endoskopów pojemnika transportowego (kuwety) kompatybilnego z oferowanym systemem kuwet do transportu endoskopów w pkt. 121?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ - **Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych granicznych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia „Insuflator CO2”, bez reduktora ciśnienia, przy zaoferowaniu urządzenia przystosowanego do pracy z instalacjami gazowymi zgodnymi z normą ISO 7396, gdzie górna granica podawania gazu wynosi: 1400 kPa?

Insuflator CO2 pełni funkcję reduktora podawania gazu podczas zabiegów endoskopowych.

ODPOWIEDŹ: Jak w siwz.



www.pszs.eu

## PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

---

**TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.03.2019 r.**

**TERMIN OTWARCIA OFERT: 14.03.2019 r.**

Miejsca, godziny składania, otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

a/a

Podpis. 

Dyrektor PszS im. J. Pawła II

Nowy Targ

Marek Wierzba