



www.pszs.eu

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

Nowy Targ 28.08.2018 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

Nasz znak: DL-271-21/18

Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – informuje, że w dniu 18.07.2018 r (w ustawowym terminie na zadawanie pytań) zostały złożone pytania przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 1 x użytku i wielorazowego wraz z użyczeniem instrumentarium, sprzętu, utworzeniem podmagazynu sprzętu, jednakże pytania zostały pominięte przy udzielaniu odpowiedzi przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w/w terminie..

1. Dotyczy pakiet nr 18, poz. 1:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr 18 poz. 1 i utworzenie dla niej odrębnego pakietu. Poprzez wydzielenie tej pozycji Zamawiający umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a co za tym idzie uzyska bardziej konkurencyjną cenę.
ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwaną dalej siwz.
2. Dotyczy pakiet nr 18, poz. 2:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr 18 poz. 2 i utworzenie dla niej odrębnego pakietu. Poprzez wydzielenie tej pozycji Zamawiający umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a co za tym idzie uzyska bardziej konkurencyjną cenę.
ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.
3. Dotyczy pakiet nr 18, poz. 2



www.pszs.eu

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Jana Pawła II

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 75 8815 0002 0000 0020 5506 0001

NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS 0000002479

Prosimy zamawiającego o informację, dlaczego w pakiecie nr 18 poz. 2 jest specyfikacja dotycząca dwóch innych układów oddechowych? Tym samym czy Zamawiający zaakceptuje tylko jeden z nich?

ODP. Zamawiający wymaga układu oddechowego, jednorurowego dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,9 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9 m z 2L workiem bezłateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H₂O i wydechowy max 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

4. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy w sytuacjach pilnych do 2 dni roboczych.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

5. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 4

W przypadku produktów biologicznie czystych producent nie określa terminu przydatności produktu do użytku, a jedynie zaleca, aby produkt został zużyty w ciągu 5 lat od daty produkcji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu oznaczenia daty ważności na opakowaniu dla produktu ujętego w pakiecie nr 18 poz. 1 i 2?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

a/a

DYREKTOR
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Marek Wierzba

Podpis.....

Dyrektor PSzS im. J. Pawła II
Nowy Targ
Marek Wierzba