

Podłoża do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych

Lp.	Przedmiot zamówienia	Zapotrzebowanie na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	Podatek VAT	Kwota podatku	Wartość zamówienia brutto	Numer katalogowy	Producent
1.	Dla bakterii tlenowo rosnących	3000 szt.							
2	Dla bakterii beztlenowo rosnących	3000 szt.							
3	Dla bakterii tlenowo rosnących z inhibitorami antybiotyków	4500 szt.							
4	Dla bakterii beztlenowo rosnących z inhibitorami antybiotyków	4500 szt.							
5	Podłoża pediatryczne	3000 szt.							

Oferent musi dołączyć do oferty aktualne oficjalne ulotki producenta. W przypadku kiedy oficjalna ulotka producenta jest w języku angielskim oferent musi ją uzupełnić o wersję polskojęzyczną.

Razem: netto:, VAT, brutto

.....
Podpis wykonawcy

Aparat do monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych - parametry wymagane

PARAMETR	WARUNEK	CZY SPEŁNIA TAK/NIE	UWAGI
Budowa modułowa	tak		
Kolorymetryczna lub fluorescencyjna metoda detekcji	tak		
Rok produkcji nie starszy niż 2014.	tak		
W najnowszej wersji oferowanej przez firmę (podać nazwę, typ, rok produkcji)			
Możliwość preinkubacji posianych podłoży (nawet powyżej 14 godz.)	tak		
Ilość miejsc w aparacie min. 120	tak		
Podłoża do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych	tak		
Butelki muszą być kompatybilne z aparatem	tak		
Podłoża muszą zawierać substancje umożliwiające wzrost bakterii wymagających	tak		
Podłoża pediatryczne	tak		
Bezpłatny serwis wraz z bezpłatnymi częściami zamiennymi i zużywalnymi	tak		
W przypadku takiej konieczności, oferent dostarcza odpowiedni stół pod aparat, zapewniając tym samym bezpieczny montaż urządzenia, nie powodujący trwałych uszkodzeń istniejących blatów i ścian	tak		

Prosimy o potwierdzenie parametrów instrukcją lub innym odpowiednim dokumentem w języku polskim.

.....
Podpis wykonawcy

Parametry oceniane;

PARAMETR	Tak 5 punktów	NIE 0 punktów
Butelki nietłukące		
Pierwszy pomiar „zerowy” po 10 min.		
Próba preinkubowana powyżej 12 godzin bez konieczności pasażowania		
Etykiety w języku polskim		
Waga butelki do 75 g		

Prosimy o potwierdzenie parametrów instrukcją lub innym odpowiednim dokumentem w języku polskim.

.....
Podpis wykonawcy

Lp.	Dzierżawa aparatów	Cena miesięczna dzierżawy netto	Wartość dzierżawy za 36 m -cy netto	Podatek VAT	Kwota podatku	Wartość dzierżawy za 36 miesięcy brutto	Numer katalogowy	Producent
1.	Aparat do monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych							

.....
Podpis wykonawcy

Wartość całego pakietu (dostawa + dzierżawa):

Netto:

VAT:

Brutto:

.....
Podpis wykonawcy